

Wartungsnachweis 4-Gas-Messgerät

Achtung: Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn Hauptstempel oder Sicherungstempel verletzt oder entfernt werden.

Betreiber:

Gerätetyp:

Geräte-Nr.:

Die Festlegungen des Messgeräteherstellers in der Bedienungsanleitung zur
Wartung der Messgeräte sind Grundlage für die Wartungsarbeiten.

Ausgeführte Arbeiten

- Abgasschlauch und Messsonde gereinigt und geprüft
- Vorfilter ausgebaut und gereinigt
- Grobfilter ausgebaut und gereinigt
- Feinfilter ersetzt
- Lecktestabdichtung auf Beschädigung geprüft
- Alle Kabelverbindungen auf festen Sitz überprüft
- Dichtheitsprüfung durchgeführt
- O₂-Sensor geprüft, Typ :..... , Seriennr.:
- Prüfgaskalibration durchgeführt
- Drucker überprüft und gereinigt

Bemerkungen

.....
.....

Wartung durch Firma:

Datum der erfolgten Wartung:

Nächste Wartung am (Wartungsfrist ½ Jahr):

Wartungsdurchführender:

Name (Druckschrift)

.....

Unterschrift

Der Wartungsnachweis entspricht den Forderungen des § 6 Abs. 2 der Eichordnung. Er ist für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.